CMA
200812054003

报告编号：YXJC210420-03

检 测 报 告

委托单位 ： 宝泰隆新材料股份有限公司（污水处理厂）

检测类别 ： 委托检测

样品类别 ： 废水

黑龙江省鑫检检测技术有限公司

2021 年 04 月 30 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、未检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区学府路[illegible]
BH04 号楼 S03 号商服
电话：0451-59998899
传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联 系 人	王吉福	联系电话	13936466666
采样人员	陈福为、孙铁等	采样日期	2021.04.20
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.04.20~2021.04.30
环境条件	2021.04.20　天气晴，西北风，风速4.5m/s。		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状

YXE005	法 HJ 637-2018		ZH-800
定笔	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	
50mL		HJ 828-2017	
紫外可见分光光度计	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光	
T6 新世纪 YXE004		度法 HJ 636-2012	
紫外可见分光光度计	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	
T6 新世纪 YXE004		HJ 503-2009	
紫外可见分光光度计	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	
T6 新世纪 YXE004		GB/T 16489-1996	

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
苯	水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法 HJ 1067-2019	气相色谱仪 A60 YXE002
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 T6新世纪 YXE004
多环芳烃	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 GLLS-JC-293 Agilent-1100

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：

审 核 人：